

N° de cpte :	Tel :	Réf. Porteur :
---------------------	--------------	-----------------------



LENTILLE : PRE PERFORM PRE AMYOPIC PRE AS XL PRE DS AUTRE

MATÉRIAU : CONTAMAC : Optimum 65 Optimum 26 Optimum 100 Optimum 125

BOSTON : EO ES XO X02

TEINTE DE MANIPULATION DISTINCTE OD/OG : oui non Si oui, couleurs

Se référer au tableau des matériaux ci-dessous

Œil droit				Œil gauche		
Sph	Cyl	axe	Réfraction récente et optimale	Sph	Cyl	axe
K	axe		Kérométrie	K	axe	
K'	axe		Topométrie	K'	axe	
Ouverture palpébrale (a)				Ouverture palpébrale (a)		
Ø cornéen (c)				Ø cornéen (c)		
Position des paupières			Position des paupières	Position des paupières		
Inférieur	Supérieur			Inférieur	Supérieur	
<input type="checkbox"/> +1	<input type="checkbox"/> +1 <i>Recouvrement</i>			<input type="checkbox"/> +1	<input type="checkbox"/> +1 <i>Recouvrement</i>	
<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0 <i>Tangent</i>			<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0 <i>Tangent</i>	
<input type="checkbox"/> -1	<input type="checkbox"/> -1 <i>Découvrement</i>			<input type="checkbox"/> -1	<input type="checkbox"/> -1 <i>Découvrement</i>	
<input type="checkbox"/> Faible <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Fort			Tonus palpébral	<input type="checkbox"/> Faible <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Fort		

Commentaires / Questions

Caractéristiques techniques	Haut DK				Moyen DK		Bas DK	
	Optimum 125	Optimum 100	Boston X0	Optimum 65	Boston EO	Optimum 26	Boston ES	
Teinte de différenciation OD/OG	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	
DK	141	125	100	65	58	26	18	
n (indice de réfraction)	1.424	1.432	1.431	1.437	1.429	1.45	1.443	
Dureté (Shore D)	78	77	75	79	83	83	85	
Poids spécifique	1.19	1.15	1.16	1.17	1.23	1.19	1.22	

Indications	Matériaux conseillés
Enfant	Haut Dk
Fort besoin en O2	Haut Dk
Post chirurgie	Haut Dk
Cornée irrégulière	Moyen Dk
Astigmatisme cornéen	Moyen Dk
Œil sec	Moyen à Bas Dk
Film lacrymal insatisfaisant	Moyen à Bas Dk
Port continu	Haut Dk
Ortho-K Port nocturne	Haut Dk
Post PMMA	Bas Dk

Le choix de Precilens en 1 ^{ère} intention	
Contrôle myopie et enfant	Optimum 125 / Boston X02
Gamme PRE	Optimum 65
Gamme kératocône	Optimum 65
Presbytie	Optimum 26
Ortho-K	Optimum 100

ENVOYER